

佳總興業股份有限公司
儀器校驗總表

97年度

*若有新機台請自填
*請以勾選方式確認，TKS!!

■ 為遊 / 外校 □ 為內校 □ 為校正日期縮短 ⊙ 為已校驗 ⊗ 為暫停使用

編號	名稱	廠牌型別	保管單位	類別	校驗廠商	校驗週期	容許誤差	使用中	暫停使用	預計校驗日期	本次校驗日期	下次校驗日期	備註
Q-022	自計式溫濕度計	TYPE20A	品保部	外校	太一電子檢測	一年	溫: ±1℃ 濕: ±4%RH	⊙		01/02/08	01/02/08	01/01/09	90.11.21購入
H-001	電子天秤	AND HR-200	實驗室	遊校	太一電子檢測	一年	±0.005mm	⊙			01/09/08	01/08/09	序號 :22997
C-008	V-CUT量測儀	VT-210	成型	內校		一年	±0.05mm	⊙		01/09/08	01/09/08	01/08/09	
Q-043	CMI-700.NEW	鑫紳	品保部	外校	鑫紳	一年	±3%	⊙			01/18/08	01/17/09	標準片有兩種(面銅&孔銅)於12/16轉品管
Q-023	二次元自動視覺量測機	VM200-6070	品保部	遊校	京輝	一年	±0.01mm	⊙			01/29/08	01/28/09	序號 :030890858
Q-007	分厘卡	1197572	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		02/22/08	02/22/08	02/21/09	
Q-029	分厘卡(大)	8130203	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		03/10/08	03/10/08	03/09/09	IQC用
Q-018	電子式卡尺	505-62950	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		03/11/08	03/11/08	03/10/09	工程用
P-008	粗糙度計	SJ.201 P/M	壓合	內校		一年	±5%	⊙			03/13/08	03/12/09	
T-006	電子式卡尺	0020229	鑽孔	內校		一年	±0.02mm	⊙		03/13/08	03/13/08	03/12/09	
T-019	分厘卡	193111	鉗孔	內校		一年	±0.02mm	⊙		03/15/08	03/13/08	03/12/09	94.11.24 購入
T-07	PIN GAGUE	0.011-0.060	鑽孔	內校		一年	±0.02"	⊙			03/19/08	03/18/09	16-5
T-08	PIN GAGUE	0.061-0.250	鑽孔	內校		一年	±0.02"	⊙			03/19/08	03/18/09	16-5
Q-020	電子式卡尺	0025818	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		03/19/08	03/19/08	03/18/09	OQC用
Q-038	EZ-3D	牧德	品保部	遊校	牧德科技	一年	±0.01mm	⊙		04/16/08	03/26/08	03/25/09	95.9.2 購入
Q-013	阻抗測試機	CITS 500	品保部	外校	儀測科技	一年	±0.09%	⊙		04/11/08	04/10/08	04/09/09	03/18/00升級為CITS 500S 03/22/02升級為7.9中文版
T-020	分厘卡	193111	鉗孔	內校		一年	±0.02mm	⊙			04/18/08	04/17/09	94.11.24 購入
Q-039	PIN GAGUE	0.011-0.060	品保部	內校		一年	±0.02"	⊙		04/26/08	04/26/08	04/25/09	96.04.27購入 16-11
T-09	PIN GAGUE	0.011-0.060	鑽孔	內校		一年	±0.02"	⊙		05/12/08	05/12/08	05/11/09	16-9
T-10	PIN GAGUE	0.061-0.250	鑽孔	內校		一年	±0.02"	⊙		05/14/08	05/14/08	05/13/09	16-9
Q-030	CMI-700.OLD	專嘉	品保部	外校	鑫紳	一年	±2%	⊙		05/30/08	05/30/08	05/29/09	標準片有兩種(面銅&孔銅)於12/16轉品管
Q-012	X-RAY	XDVM-T5.1	品保部	遊校	通用科技	一年	±5%		⊗	05/31/08			因零件故障, 故暫停使用
Q-028	分厘卡	6308222	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		06/05/08	06/05/08	06/04/09	IQC用
Q-004	PIN GAGUE	0.011-0.060	品保部	內校		一年	±0.02"	⊙		06/06/08	06/06/08	06/05/09	16-4
Q-005	PIN GAGUE	0.061-0.250	品保部	內校		一年	±0.02"	⊙		06/06/08	06/06/08	06/05/09	16-4
T-012	分厘卡	0231216	鉗孔	內校		半年	±0.02mm	⊙		03/12/09	06/06/08	12/06/08	因誤差甚大,故送修
Q-031	分厘卡	193111	品保部	內校		半年	±0.02mm	⊙		12/11/08	06/06/08	12/06/08	92.12.17購入 所 在位二廠4F(AOI) 因 誤差甚大,故送修
Q-002	電子式卡尺	7021680	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		06/11/08	06/11/08	06/10/09	IQC用
I-002	電子式卡尺	7002748	工程部	內校		一年	±0.02mm	⊙		06/12/08	06/12/08	06/11/09	
Q-006	電子式卡尺	7020368	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		06/12/08	06/12/08	06/11/09	
Q-014	電子式卡尺	7020351	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙		06/12/08	06/12/08	06/11/09	
I-003	PIN GAGUE	0.011-0.060	工程部	內校		一年	±0.02"	⊙		06/12/08	06/12/08	06/11/09	16-6
I-004	PIN GAGUE	0.061-0.250	工程部	內校		一年	±0.02"	⊙		06/12/08	06/12/08	06/11/09	16-6
Q-015	PIN GAGUE	0.011-0.060	品保部	內校		一年	±0.02"	⊙		06/13/08	06/13/08	06/12/09	16-8
Q-016	PIN GAGUE	0.061-0.250	品保部	內校		一年	±0.02"	⊙		06/14/08	06/14/08	06/13/09	16-8
C-017	電子式卡尺	500-173	成型	內校		一年	±0.02mm	⊙		06/20/08	06/20/08	06/19/09	
P-006	分厘卡	193-111	壓合	內校		半年	±0.02mm	⊙		07/02/08	07/11/08	01/10/09	誤差甚大,故送修
A-001	分厘卡	193-111	內層AOI	內校		一年	±0.02mm	⊙		07/02/08	07/02/08	07/01/09	
Q-044	分厘卡(大)	118-102	品保部	內校		一年	±0.02mm	⊙			07/08/08	07/07/09	97.07.07購入 IPQC(壓合)用

